



**FRÉQUENCES
D'ÉTALONNAGE**

Métrieologie dimensionnelle

DMQ 3 - 2 - V2.4 / 2019

Vérifié le : 05/05/2019

Par : B BARVIN

Validé le : 07/05/2019

Par : JM NOURCZYK

DT04

FRÉQUENCES D'ÉTALONNAGE ET DE VÉRIFICATION DES APPAREILS DE CONTRÔLE DIMENSIONNEL

INSTRUMENT	FRÉQUENCE ÉTALONNAGE : E VÉRIFICATION : V	VÉRIFICATEUR	ÉTALONNEUR
Pied à coulisse à vernier	E 24 mois V 12 mois	Éon usinage SQ	Laboratoire ERRETONN Étalonnage
Pied à coulisse numérique	E 18 mois V 12 mois	Éon usinage SQ	Laboratoire ERRETONN Étalonnage
Micromètre à vernier	E 18 mois V 12 mois	Éon usinage SQ	Laboratoire ERRETONN Étalonnage
Micromètre numérique	E 18 mois V 12 mois	Éon usinage SQ	Laboratoire ERRETONN Étalonnage
Cales étalon (classe 2)	E 18 mois V 12 mois	Éon usinage SQ	Laboratoire ERRETONN Étalonnage
Comparateur à aiguille	E 18 mois V 12 mois	Éon usinage SQ	Laboratoire ERRETONN Étalonnage
Comparateur numérique	E 10 mois V 06 mois	Éon usinage SQ	Laboratoire ERRETONN Étalonnage
Colonne de mesure numérique	E 06 mois V -	Éon usinage -	Laboratoire COFRAC